

**ATTESTAZIONE  
DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**

Oggetto: Fornitura di un sistema di un sistema HPLC/UPLC per le esigenze del laboratorio di controllo qualità

CIG (Codice Identificativo di Gara): **917778863F**

Impresa: Contratto stipulato con Thermofisher Scientific S.p.A. CF e P. IVA 0781795015 – Sede Legale in Strada Rivoltana, Km 4 (MI), 20053 Rodano (MI).

Contratto: stipulato il 30/5/2022


Importo del contratto: € 46.766,64 (+ IVA)

Aggiudicazione: deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28/1/2022.

\*\*\*

Ultimazione della fornitura: SI ATTESTA che la consegna è stata effettuata in data 5/7/2022, nel rispetto della tempistica e delle modalità disposte dal contratto.

Il responsabile dell'esecuzione.

Firma: .....  .....  
(In stampatello: nome e cognome ..... SERGIO TODDE .....)  
Monza, ... 5/7/2022

\*\*\*\*

**VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

**E SVINCOLO TOTALE O PARZIALE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Nei giorni 25-28 luglio 2022, presso i laboratori situati nell'Edificio U48 c/o ASST Monza – Ospedale S. Gerardo, via G.B. Pergolesi, n. 33, al piano 2S, sono presenti: i) per Thermofisher Scientific il Sig. Luca Casagrande, ii) per Tecnomed – Fondazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca la Dott.ssa Elia Anna Turolla, Responsabile di Controllo Qualità, il Dott. Sergio Todde, referente per l'Esecuzione del Contratto.
2. i menzionati soggetti hanno provveduto alla verifica della funzionalità dei beni oggetto del contratto, terminando le operazioni alle ore 14.00 del 28/7/2022;
3. non si sono evidenziati, nelle operazioni di messa in funzione, problemi o disfunzioni; è tuttavia risultato mancante il dispositivo di interfaccia per permettere l'acquisizione dei segnali da parte del detector radiochimico, la cui fornitura è peraltro responsabilità di un'altra azienda e non ancora consegnato al momento dell'installazione del sistema HPLC/UPLC. Il collaudo di quanto installato è comunque da intendersi regolarmente e positivamente eseguito;

**TECNOMED**  
**Fondazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca**

4. in data 7/10/2022 è quindi intervenuto per Thermofisher Scientific il Sig. Marco Sambo, che ha positivamente portato a termine l'installazione del componente mancante, ovvero il dispositivo di interfaccia per la comunicazione e acquisizione con il detector radiochimico; per Fondazione Tecnomed erano presenti la Dott.ssa Elia Anna Turolla, Responsabile di Controllo Qualità, il Dott. Sergio Todde, referente per l'Esecuzione del Contratto.
5. Infine, in data 2/11/2022 è intervenuto per Thermofisher Scientific il Sig. Sergio Travaini il quale, a completamento della fornitura, ha effettuato la prevista giornata di training nei confronti del personale di Fondazione Tecnomed (erano presenti la Dott.ssa Elia Anna Turolla, Responsabile di Controllo Qualità, e la Sig.na Elisa Vino, operatore di CQ).
6. Con il presente verbale si dichiara che il collaudo di quanto installato, nonché delle prestazioni accessorie, è da intendersi regolarmente e positivamente eseguito;
7. pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art 113 bis del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art 1 della legge 3 maggio 2019 n 37, con il presente verbale si autorizza l'emissione della fattura ed il suo pagamento entro trenta giorni.
8. in virtù di quanto sopra, la fideiussione definitiva potrà essere svincolata, nella misura dell'80%<sup>1</sup>
9. ai sensi dell'art 113 bis comma 2 il presente certificato di pagamento non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera, di cui all'art 1666, secondo comma, del codice civile.


Monza, 3/11/2022.....

Per (Società)

Firma: .....  .....

(In stampatello: nome e cognome .....)

Per Fondazione Tecnomed

Firma: STL .....  .....

(In stampatello: nome e cognome .....)

- 
1. in proporzione alla misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria se prevista a contratto, conformemente al dettato normativo di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16.